



ใบรับรองที่ ๑๙๐๙๓/ส ๑๙๙

แบบ กมช./สมอ. ๒

## ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท อินเตอร์เนชันแนล เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓๓/๓๘๘ ซอยลาดพร้าว ๙๔ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองหลวง กรุงเทพมหานคร  
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานเดียวกันที่ มอก. ๑๗๐๒๕ – ๒๕๕๔ (ISO/IEC 17025 : 2005)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ

(นายชัยยงค์ กฤตผลชัย)

เลขอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกให้ครั้งที่ ๒

ออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑



รายละเอียดแบบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ  
ที่ ๑๖๐๖๓/ส ๑๒๙

สถานภาพห้องปฏิบัติการ :  ภายใน  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

สาขางานสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	วิธีสอบเทียบ	หมายเหตุ ขีดความสามารถของการสอบเทียบและกรอบ*
๑. แสง	Illuminance meter  0 lx  20 lx to 4 400 lx	In-house method : WI-CP-01 based on Inverse square law	0.010 lx  0.013 lx/lx  *ค่าความไม่แน่นอน ( $\pm$ ) โดยทั่วไป ที่ระดับความ เชื่อมั่นประมาณร้อยละ 95

ลงชื่อ

  
(นายชัยยงค์ ฤทธิผลชัย)  
เลขานิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม